

放射線関連機器 X 線 CT 装置等保守仕様書

1. 本業務に係る保守内容は以下の仕様をすべて満たし、保守に係る一切の費用（交通費・作業費・出張費および部品費等）を契約金額に含めるものとする。（各除外対象項目については下記に示す）
2. 本業務を受託するにあたり、受託しようとする者は、本仕様書の内容をメーカーと十分に協議し、サービスの提供が滞ることのないよう誠実に履行すること。そのため、メーカーと契約した同じ内容の契約を、当センターと契約すること。
3. 本業務を受託する場合は、本仕様書に記載された内容を一括して当センターと契約できる者であること。
4. サービスの提供の際には、診療に支障をきたさないよう十分に配慮すること。
5. 機器保守・メンテナンスに関する必要な情報・サービス・技術を提供し、病院運営における円滑な稼働が継続できるようサポートすること。
6. 本業務の履行場所および名称
奈良市七条西町二丁目 8 9 7 番 5 号 奈良県総合医療センター
7. 本業務に係る対象装置・保守内容等については、下記のとおり。

< 1 > キヤノンメディカルシステムズ株式会社

契約対象装置	型式名	システム No.	部品免責額	点検回数
X 線 CT 装置 Aquilion ONE NATURE	TSX-305A/5W	5WB1822005	X 線管球保障	3

< 特記事項 >

- ・ 定期点検は年 3 回とする。点検月は双方協議の上決定すること。
- ・ 本保守業務に含むもの
 - ① X 線管球
CXB-750F 1 式
 - ② X 線管球の保守 通常の使用状態において、上記 X 線管球が使用不能、又は使用に著しい障害が生じたときメーカーにより判断された場合は、当該 X 線管球を同等品(再整備管球を含む)と交換するものとする。
 - ③ 定期交換部品
 - ④ 点検時及び修理時に発生した修理部品費
 - ⑤ オンコール作業費
カスタマーサポートプラン【スタンダード】 平日 9:00～17:30 対応
 - ⑥ 装置稼働にかかる立会業務
 - ⑦ アプリコールサービス

- ・本保守業務に含まないもの

- ①周辺機器およびメディア等の消耗品
- ②漏洩 X 線量測定
- ③他社製品
- ④オーバーホール
- ⑤移設作業
- ⑥オンコール作業費

カスタマーサポートプラン【スタンダード】対応時間外

契約対象装置	型式名	システム No.	部品免責額	点検回数
X 線 CT 装置 Aquilion PRIME	TSX-303B/3W	3WB1822056	X 線管球保障	2

< 特記事項 >

- ・定期点検は年 2 回とする。点検月は双方協議の上決定すること。

- ・本保守業務に含むもの

- ①X 線管球

CXB-750G 1 式

- ②X 線管球の保守 通常の使用状態において、上記 X 線管球が使用不能、又は使用に著しい障害が生じたときメーカーにより判断された場合は、当該 X 線管球を同等品(再整備管球を含む)と交換するものとする。

- ③定期交換部品

- ④点検時及び修理時に発生した修理部品費

- ⑤オンコール作業費

カスタマーサポートプラン【スタンダード】平日 9 : 00 ~ 17 : 30 対応

- ⑥装置稼働にかかる立会業務

- ⑦アプリコールサービス

- ・本保守業務に含まないもの

- ①周辺機器およびメディア等の消耗品
- ②漏洩 X 線量測定
- ③他社製品
- ④オーバーホール
- ⑤移設作業
- ⑥オンコール作業費

カスタマーサポートプラン【スタンダード】対応時間外